



**топлофикация
софия ЕАД**

Топлина в твоя дом!

топлофикация
софия ЕАД

Централно управление
ул. Ястребец №23Б, София 1680
тел.: +359 2 803 3050; 0700 11 111

Регистрационен индекс:

Дата:

ОП-505

18.08.18

Относно: Обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание с предмет: „Доставка на разходомери за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“

Уважаеми господа,

Във връзка с постъпило писмено искане с вх.№ ОП-505/14.07.2017г. за разяснение относно документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на разходомери за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“ и на основание чл.180, ал.2 от ЗОП даваме следните писмени разяснения по условията на обществената поръчка:

Въпрос:

Във връзка с обществена поръчка публично състезание с предмет „Доставка на разходомери за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“, на основание чл. 100, от Закона за обществените поръчки (об. ДВ. бр. 13 от 16 февруари 2016 г.), на Българския Институт по Метрология Ви информираме следното:

Изискването на т. 3 и т. 4 на раздел II от Техническата документация е вихровият разходомер за измерване разход на пара да бъде вписан в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване на БИМ. При направена справка в регистъра се установи, че одобрените типове вихрови разходомери не отговарят на изискванията, посочени в т. 2 на Техническата спецификация по отношение на точност на измерване и обхват на разхода.

Моля да се преразгледа техническата спецификация и да се съобразят изискванията със съществуващия регистър на одобрените типове на Български институт по метрология.

Отговор:

Имайки предвид, че вихровият разходомер за измерване на пара във ВОЦ "Овча купел-1" ще се използва само като мерно средство за технологичен контрол на произведеното количество пара и респективно изчисляване на изразходваната от ВОЦ енергия, може да отпадне изискването прибора да е от одобрените типове вихрови разходомери в регистъра на БИМ, защото този тип измерване не е търговски.

Изискванията, посочени за 1 бр. Вихров разходомер за измерване разход на пара във ВОЦ "Овча Купел 1" в т.3 и 4 от документацията Раздел II. Техническата спецификация:

3. Метрологични изисквания за разходомери

a/ Приборът трябва да е от одобрен тип и да подлежи на първоначална и последваща метрологична проверка по независим метод;

4. Изисквания към документацията, придружаваща доставката на разходомери:

4.1. Актуално свидетелството за одобрен тип на разходомера - вписано и проследимо в регистъра на Българския Институт по Метрология (копие),

отпадат като такива, за което Възложителят ще публикува в РОП решение за одобряване обявление за изменение.



ЗАЛИЧЕНС
на основание чл. 2 от 33